

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	1000 Cranberry Woods Drive Cranberry Township PA 16066 United States of America MSA Innovation LLC	
製造者	1000 Cranberry Woods Drive Cranberry Township PA 16066 United States of America MSA Innovation LLC	
品名	マルチガス検知器	
型式の名称	A L T A I R 5 X i R	
防爆構造の種類	本体 本質安全防爆構造 (i a) 可燃性ガスセンサ 耐圧防爆構造及び本質安全防爆構造 (i a)	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	I I C T 4 G b	
防爆記号	E x d i a I I C T 4 G b	
適用基準	工場電気設備防爆指針 (国際整合技術指針) JN10SH-TR-46-1, 2 及び 6:2015	
定 格	電源 電池パック (P a n a s o n i c C G R 1 8 6 5 0 D A) D C 3 . 7 V 充電端子 許容電圧 D C 6 . 7 V 許容電流 1 . 7 A 周囲温度 - 4 0 ℃ ~ + 5 0 ℃	
使用条件	S E L V 電源以外からの充電禁止。	
型式検定合格番号	第 T C 2 2 1 8 4 X 号	
有効期間		型式検定者の所属及び氏名
2 0 2 0 年 6 月 2 2 日から 2 0 2 3 年 6 月 2 1 日まで		試験認証部 佐藤 英徳
2 0 2 3 年 6 月 2 2 日から 2 0 2 6 年 6 月 2 1 日まで		試験認証部 佐藤 英徳
年 月 日から 年 月 日まで		
年 月 日から 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2 0 1 7 年 6 月 2 2 日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長